

醫療廢棄物妥善分類貯存及管理方法

一般診所

一般事業廢棄物與再利用

一般事業廢棄物種類

- 衛生紙、尿布、醫療器具包材、小藥瓶、安剖瓶及民眾使用之口罩。
- 應委託合格之公民營清除處理機構清除處理。



註：1.上述項目若有沾有血液、體液等有害特性，則歸類為有害事業廢棄物。
2.診所內員工產生之生活垃圾，屬一般廢棄物，可交由清潔隊清除。

具再利用價值但不屬於有害事業廢棄物之種類

- 廢紙/廢紙箱/廢紙包材、廢紙餐盒、廢塑膠瓶/杯、廢鋁箔包/利樂包、廢鐵/鋁罐、廢玻璃容器、廚餘、...等。
- 未沾有血液及體液之廢點滴軟袋(瓶)、輸液導管、廢藥水桶等。
- 上述項目應委託取得環保機關檢核之再利用機構處理，並應簽訂委託契約書。
- 再利用機構資訊可逕上環保署網站(<https://rms.epa.gov.tw/RMS/>)查詢。

生物醫療廢棄物

- 廢尖銳器具，包括針具(針頭、針筒、針灸針)、剪刀、碎玻片等。
- 感染性廢棄物，包括廢血液病理檢驗試管、遭血液或體液污染的棉棒/棉球/點滴軟袋(瓶)/口罩/手套/輸液導管、壓舌板、血液廢棄物及其他被判定為具感染性之廢棄物。
- 應委託合格之公民營或共同清除處理機構清除處理，並應簽訂委託契約。



生物醫療廢棄物應妥善包裝、收集

廢尖銳器具



以堅固不易穿刺之容器盛裝

感染性廢棄物



收集時使用鵝頸式束口

採焚化處理方式，請使用紅色容器

生物醫療廢棄物容器最外層應標示如下：

醫療機構名稱	_____診所
廢棄物名稱	感染性廢棄物混合物 (C-0599)
貯存日期	
重量(KG)	
貯存溫度	□ 5°C以上 <input checked="" type="checkbox"/> 5°C以下 □ 0°C以下
清除機構名稱	嘉德技術開發股份有限公司
處理機構名稱	嘉德創資源股份有限公司

上述資料應標示在容器外層
(違反者將會處至少6萬元之罰鍰)



可以用標籤黏貼

可以用手寫

一般事業廢棄物與資源回收貯存區

生物醫療廢棄物貯存設施-冷藏設施




一般事業廢棄物貯存桶需標示中文廢棄物名稱




資源回收物應分類貯存並標示中文廢棄物或貯存區名稱

冷藏設施需有生物醫療廢棄物標誌及標示



冷藏設施只能貯存該類廢棄物，不得貯存其他物品



若冷藏設施無溫度顯示，則應備溫度計

感染性廢棄物貯存溫度：

- 攝氏5度以上貯存者，以1日為限
- 攝氏5度以下至零度以上冷藏者，以7日為限
- 攝氏零度以下冷凍者，以30日為限

