

## 衛生福利部中央健康保險署 書函

地址：10634 臺北市大安區信義路三段140號

聯絡人：簡淑蓮

聯絡電話：02-27065866 分機：3058

傳真：02-27849253

電子郵件：a111040@nhi.gov.tw

受文者：中華民國醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國111年4月14日

發文字號：健保審字第1110053642A號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：見說明二

主旨：有關美敦力醫療產品股份有限公司通報本署健保給付特材

「"柯惠" 沛霖卓導管組(永植型)」(特材代碼：


CKDD2450142C)其中1型號「8888145014」暫停出貨，詳如

說明，請查照。

說明：

一、依據美敦力醫療產品股份有限公司(以下稱美敦力公司)111年3月28日MDT-202203008號函辦理。

二、旨揭醫療器材許可證持有者「美敦力公司」來函通報本署，旨揭健保給付特材(特材代碼：CKDD2450142C)之產品型號「8888145014」原廠通知暫停出貨，其為14.5Fr長度19cm，健保收載特材功能核價類別為「雙迴路透析導管組/永植型(整組/含CATH+INTRODUCER KIT)>10Fr」，截至目前有效品項數計12品項(附件)，其中與旨揭同產品規格(14.5Fr長度19cm)之特材尚有「"巴德"思伯利特血液透析導管(特材代碼：CKDD257331BA)」、「"巴德"速達血液透析導管(特材代碼：CKDD25833NBA)」、「"巴德"伊奎斯長期性



血液透析導管(特材代碼：CKDD269033BA)」及「"巴德"葛萊帕斯長期性血液透析導管(特材代碼：CKDD2GL1DEBA)」計4項可供應臨床使用。

三、請貴組轉知所轄本保險特約醫事服務機構，旨揭特材暫時無法供貨，請及早研議妥適臨床使用配套措施。

四、副本抄送台灣醫院協會、台灣社區醫院協會、台灣醫學中心協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國區域醫院協會(請轉知所屬會員醫院知悉)。

正本：本署各分區業務組

副本：台灣醫院協會、台灣社區醫院協會、台灣醫學中心協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國區域醫院協會



裝

訂



線